

Wrocław, dn. 04.04.2019 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

Numer ewidencyjny 258/2019/WEW
Numer sprawy: DZP.263.17.2019.BM

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym**

pt.:

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZESTAWÓW SZKOLENIOWYCH I
WYPOSAŻENIA DO SZKOLENIA Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
NR SPRAWY WNP/217/PN/2019**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy CZĘŚCI I

Czy Zamawiający wydzieli z części I pozycje: 5 i 28, 19 i 20 i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podziału na części (pakiety) wyszczególnionego w cz. I asortymentu.

Pytanie nr 2 – dotyczy CZĘŚCI I, poz. 5, poz. 28 Czy jako wyposażenie pakietów IPMED Zamawiający dopuści produkty równoważne, które są również rekomendowane przez TCCC, m.in., tj.: opatrunek izraelski FCP-01, opatrunek hemostatyczny Chitogauze XR Pro, gaza wypełniająca złożona w formie „Z”, opatrunek na rany klatki piersiowej RCS?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 3 – dotyczy CZĘŚCI I pozycja nr 2

Prosimy o doprecyzowanie jakiego koloru apteczki Zamawiający wymaga? Czy apteczka ma być pusta czy ma posiadać wyposażenie wskazane przez Zamawiającego jako przykładowe? Jeśli Zamawiający wymaga apteczki z wyposażeniem prosimy o dopuszczenie produktów równoważnych tj. np. stazy taktycznej CAT i opatrunku ETD 6.

Odp. Zamawiający wymaga apteczki w kolorze Olive green lub Coyote brown. Wyposażenie apteczki ma być standardowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 4 – dotyczy CZEŚCI I pozycja nr 5

Czy Zamawiający wymaga zestawu IPMed w wersji podstawowej zgodnej ze składem zestawu czy w wersji Professional, o której mowa w dalszej części opisu?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zestaw ma zawierać wyposażenie zgodne z opisem w siwz.

Pytanie nr 5 – dotyczy CZEŚCI I pozycja nr 10

Prosimy o doprecyzowanie w jakim kolorze ma być wykonana nerka medyczna?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje kolor nerki – jako ciemnozielony.

Pytanie nr 6 – dotyczy CZEŚCI I pozycja nr 26

Czy Zamawiający wymaga torby R1 z wyposażeniem oraz zestawem szyn Kramera i deską ortopedyczną ze stabilizacją głowy i kompletem pasów?

Odp. Zamawiający wymaga Torby R-1 z zestawem szyn bez deski.

Pytanie nr 7 – dotyczy CZEŚCI I pozycja nr 27

Prosimy o wskazanie pełnego składu wyposażenia zestawu ADR lub wskazanie konkretnej wersji takiego zestawu. Opis znajdujący się w SIWZ jest niepełny i nie wskazuje, która wersja zestawu ADR-Wojsko Polskie jest wymagana przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wymaga walizki skrzynki ADR uniwersalnej z wyposażeniem:

- łopata
- rękawice ochronne nitrylowe e-ce en 420.388 cat ii
- okulary / gogle ochronne
- aparat do płukania oka zpo-1
- kamizelka ostrzegawcza ce en 471
- latarka
- maska ochronna
- pochłaniacz wielogazowy (filtr) a1b1e1k1p1
- trójkąt ostrzegawczy
- pojemnik do zbierania pozostałości i odpadów 510x255x235
- buty ochronne
- kombinezon ochronny en 340
- rękaw sorpcyjny
- zmiotka
- worek na odpady

wymiary:

510mm x 260mm x 240mm

Pytanie nr 8 – dotyczy CZĘŚCI I pozycja nr 28 oraz CZĘŚĆ IV pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego opatrunku hemostatycznego Celox 7,6cmx3m?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 9 – dotyczy CZĘŚCI IV pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania małego ściennego, zestawu opatrunków hydrożelowych o poniższym składzie:

- 1 opatrunki na oparzenia WaterJel 5 cm x 15 cm
- 1 opatrunki na oparzenia WaterJel 10 cm x 10 cm
- żel na małe oparzenia (saszetka) 3 szt. x 3,5 g
- 2xbandaż
- nożyczki

Zestaw opisany przez Zamawiającego został już wycofany ze sprzedaży na rynku polskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 10 – dotyczy CZĘŚCI IV pozycja 20,21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach równoważnych opatrunków hydrożelowych WaterJel w rozmiarze 10x10cm oraz 10x40cm lub 20x45 cm? Prośba uzasadniona jest faktem, iż opatrunki wskazane przez Zamawiającego zostały wycofane ze sprzedaży na rynku polskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 11 – dotyczy CZĘŚCI IV pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego tj. opatrunku ETD ABD?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania Zamawiającego.

II. Wyjaśnienia treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI PRZETARGOWEJ

/.../

.....
mjr Tomasz KOWALIK

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Barbara Mekarska tel. 261 658 062
Wrocław 04.04.2019 r.
T 263