



Wrocław, dnia 22.05.2019 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261 658 222, 261 658 110; fax. 261 568 425

Numer ewidencyjny: 431/2019/WEW
Numer sprawy: DZP.263.25.2019.DS

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przetargu nieograniczonego pt.**

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

NR SPRAWY WNP/339/PN/2019

- I.** Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały skierowane zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz dotyczące wydłużenia terminu realizacji cz. I i II zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień:

Dot. CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE

poz. 6. Aparat trójosiowego ściskania

Pyt. 1 Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza, że aparat ma być w pełni automatyczny. Czy Zamawiający oczekuje aparatu, który będzie w stanie automatycznie przeprowadzić całe badanie trójosiowej dla jednej próbki, od fazy saturacji aż do ścięcia, bez żadnej ingerencji użytkownika, albo przynajmniej automatycznie wykonać i zatrzymać na podstawie wcześniej założonych kryteriów poszczególne fazy badania, ale bez automatycznego rozpoczęcia kolejnej fazy?

Odp.: Zamawiający oczekuje wersji w pełni automatycznej.

Pyt. 2 Zamawiający używa terminu „-Zespół hydrauliczno-pneumatyczny”, czy w związku z tym należy rozumieć, że aparat ma generować ciśnienie w komorze o ciśnienie wyrównawcze za pośrednictwem tzw. cylindrów powietrze – woda, gdzie ciśnienie powietrza generowane przez kompresor przekazywane jest na wodę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza współdziałające zespoły hydrauliczno-pneumatyczny (powietrze – woda). Pompa hydrauliczna sterowana za pośrednictwem komputera pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia oraz system serwopneumatyczny kontrolowany komputerem sterujący.

Pyt. 3 Jakie ma być maksymalne ciśnienie w komorze trójosiowej, generowane przez aparat. Czy pod tym pojęciem Zamawiający rozumie „Maksymalne ciśnienie robocze: 0,4 MN/m²”?

Odp.: Zamawiający określa maksymalne ciśnienie w komorze trójosiowej na poziomie 3,5 MPa.

Pyt. 4 Co oznacza zapis „Dwie komory prób z kluczem”? Czy Zamawiający oczekuje dostawy dwóch komór trójosiowych w raz z aparatem?

Odp.: Tak, dwie komory prób z kluczem.

Dot. CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA LABORATORYJNE

poz.1. Edometr laboratoryjny - urządzenie

Pyt. 5 Czy edometr ma być obciążany podwieszanymi odważnikami, czy jakiś inny sposób, np. czy ma to być edometr automatyczny obciążany siłownikiem kontrolowanym przez system sterujący urządzenia ?

Odp.: Zamawiający oczekuje Edometru automatycznego z rejestracją danych i oprogramowaniem.

Pyt. 6 Do czego ma służyć „- czujnik odległości maksymalnie 40mm”, szczególnie w sytuacji, gdy Zamawiający w dalszej części opisu wymaga czujnika przemieszczenia 25 x 0.001 mm?

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że zapis „- czujnik odległości maksymalnie 40mm” zostaje wyłączony z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia.

Poz. 2 Ręczna prasa CBR

Pyt. 7 Co oznacza, że prasa ma być ręczna ? Czy Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia, w którym posuw tłoka realizowany jest za pośrednictwem napędu ręcznego?

Odp.: Tak, posuw tłoka ma być realizowany za pośrednictwem napędu ręcznego.

Dotyczy części I-III

Pyt. 8 Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy ze względu na cykl produkcyjny producenta w zadaniach I i II do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Pyt. 9 Proszę o zmianę zapisów siwz w zakresie części III dotyczących terminu realizacji zamówienia – wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 60 dni.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że maksymalny termin realizacji dostaw w częściach I i II zostaje wydłużony do 90 dni, w części III do 60 dni. Minimalny termin dostawy we wszystkich częściach Zamawiający określa na 30 dni. Zamawiający modyfikuje odpowiednio treść siwz.

II. Zamawiający, w związku ze złożonymi wyjaśnieniami treści siwz, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W opisie przedmiotu zamówienia w cz. II poz. 1 – Edometr laboratoryjny Zamawiający usuwa z opisu tiret drugi „czujnik odległości maksymalnie 40mm”.
2. Zmienia się treść rozdz. VI ust. 1 zd. 1 siwz **z:**

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie **30 dni od daty zawarcia umowy** przy czym ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

na:

Termin realizacji zamówienia: w części I i II - maksymalnie 90 dni, w części III – maksymalnie 60 dni, od daty zawarcia umowy przy czym ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie podany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

3. Zmienia się treść rozdz. XVII ust. 6 Ad.3) siwz z:

Zasady oceny Kryterium „Termin dostawy” (T) 20% – będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji zamówienia podanego w ofercie. Minimalny termin realizacji to 10 dni od daty zawarcia umowy, a maksymalny to 30 dni. **Liczba podanych dni \neq 0.** W przypadku podania krótszego terminu niż 10 dni Zamawiający uzna, że Wykonawca dostarczy asortyment w minimalnym terminie 10 dni. W przypadku podania terminu dłuższego niż maksymalny lub 0 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

na:

Zasady oceny Kryterium „Termin dostawy” (T) 20% – będzie rozpatrywane na podstawie terminu realizacji zamówienia podanego w ofercie. **Minimalny termin realizacji to 30 dni od daty zawarcia umowy, a maksymalny to 90 dni w części I i II, 60 dni w części III.** Liczba podanych dni \neq 0. W przypadku podania krótszego terminu niż 30 dni Zamawiający uzna, że Wykonawca dostarczy asortyment w minimalnym terminie 30 dni. W przypadku podania terminu dłuższego, niż maksymalny, dla danej części zamówienia lub 0 dni oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ

4. Zamawiający modyfikuje treść formularza oferty w zakresie minimalnych i maksymalnych terminów w częściach I-III. Zmodyfikowany formularz oferty Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

III. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami, na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie, w którym wprowadzono zmiany do treści siwz (zmiana terminu realizacji zamówienia w częściach). Wprowadzone zmiany nie uniemożliwiają złożenia ofert w uprzednio wydłużonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, określonym na dzień 28 maja 2019 r., w związku z czym Zamawiający nie przedłuża ponownie terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....
mjr Tomasz KOWALIK

wyk. w 1 egz.
egz. nr 1 – a/a,
Wyk. Dorota SZYMAŃSKA tel. 261-658-555
Wrocław 22.05.2019 r.
T:263