



Wrocław, dnia 24.05.2019 r.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261 658 222, 261 658 110; fax. 261 568 425

Numer ewidencyjny: 448/2019/WEW
Numer sprawy: DZP.263.25.2019.DS

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przetargu nieograniczonego pt.**

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

NR SPRAWY WNP/339/PN/2019

- I.** Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały skierowane zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w cz. I i II zamówienia, na które Zamawiający udziela wyjaśnień:

Dot. CZĘŚĆ I – APARATY LABORATORYJNE

Poz. 2. Aparat skrzynkowy

Pyt. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą profesjonalną urządzenie wyspecyfikowane przez Zamawiającego i spełniające wymogi SIWZ nie jest aktualnie dostępne na rynku. Czy, zatem Zamawiający dopuści urządzenie spełniające następujące wymogi:

- Urządzenie w pełni automatyczne, sterowane z poziomu elektronicznego kontrolera lub z poziomu komputera PC z programem;
- Obciążenie pionowe: do 10kN
- Siła ścinająca: do 10kN
- Szybkość zadawania siły ścinającej: od 0,00001 to 15,00000 mm/min, regulowana płynnie
- Skrzynki kwadratowe 60x60mm i 100x100mm
- Zasilanie 230V?

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające w/w wymogi.

Poz. 6. Aparat trójosiowego ściskania

Pyt. Czy druga komora do prób, która ma być dostarczona wraz aparatem, ma również być wyposażona w dedykowany automatyczny system ciśnieniowy pozwalając tym samym na jednoczesną saturację i konsolidację izotropową dwóch próbek jednocześnie?

Odp.: Tak

Część II – URZĄDZENIA LABORATORYJNE

poz. 6 Bęben Los Angeles

Pyt. Czy Zamawiający dopuści Bęben LA z zasilaniem 230V, jako produkt równoważny w przypadku spełnienia pozostałych parametrów? Czy preferowanym przez Zamawiającego rozwiązaniem jest urządzenie z zasilaniem 400V? Oba urządzenia są możliwe do dostarczenia, jednak znacznie różnią się ceną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza Bęben LA z zasilaniem 230V, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

poz. 11 Tarcza Boehmego

Pyt. Czy Zamawiający dopuści Tarczę Boehmego o większej masie (około 300kg)?

Odp.: Tak.

poz.1. Edometr laboratoryjny

Pyt. Czy Zamawiający dopuści edometr o maksymalnej średnicy próbki 112,8 wys. 25mm? (powierzchnia 100cm²)?

Odp.: Tak.

Pyt. Jaka komora, bądź jakie komory edometryczne mają być dostarczone wraz z urządzeniem? Jesteśmy w stanie zaoferować komory okrągłe dla próbek o średnicach: 50,47mm; 65,5mm; 71,4mm; 75mm; 112,8mm, prosimy o doprecyzowanie.

Odp.: Zamawiający oczekuje dostarczenia komór okrągłych o średnicach: 50,47mm; 65,5mm; 71,4mm; 75mm; 112,8mm,

II. Udzielone wyjaśnienia zostają wprowadzone do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowią jej integralną część. Treść wyjaśnień umożliwia Wykonawcom złożenia ofert w terminie składania ofert, określonym na dzień 28 maja 2019 r., w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....
mjr Tomasz KOWALIK

wyk. w 1 egz.
egz. nr 1 – a/a,
Wyk. Dorota SZYMAŃSKA tel. 261-658-555
Wrocław 24.05.2019 r.
T:263